

成績表 TEST CERTIFICATE

製品名称 PRODUCT NAME	電磁流量計 一体形 MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE	タグNo. TAG No.	=====
形名 MODEL	AXG150-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2	スタイル STYLE	S1
手配 No. ORDER No.	2005534139-000010-0005	計器番号 SERIAL No.	S5V203119
口径 SIZE	150 mm		
実流設定スパン FLOW TEST SPAN	0 - 2.000 m/s		

実流量検査 ACTUAL FLOW TEST 許容差 ACCURACY ±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT		誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (°C) FLUID TEMP
	基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL		
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	19.9
23.1 [0.46]	29.38	29.46	+0.27	19.9
50.3 [1.01]	64.04	64.06	+0.03	20.0
96.6 [1.93]	122.87	122.75	-0.10	19.9
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR	L	0.9339	H	0.8933

項目 ITEM	結果 RESULT	項目 ITEM	結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	ASME Class 150 フランジ形 ASME Class 150 Flange Type 良, GOOD	I/O1 電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
		I/O2 パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
配線口検査 CABLE ENTRY	ASME 1/2NPT めねじ ASME 1/2NPT Female Screw 良, GOOD	I/O3 機能なし NO FUNCTION	=====
		I/O4 機能なし NO FUNCTION	=====
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 100 MΩ, 500 V DC 良, GOOD	通信機能検査 COMMUNICATION	良, GOOD
		表示器検査 DISPLAY	良, GOOD
	(3)接地端子-入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM. (4)入出力端子-入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM. 20 MΩ, 100 V DC or 125 V DC 良, GOOD	漏洩検査 LEAK TEST	良, GOOD
		外観検査 APPEARANCE	良・GOOD
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 1400 V AC, 2 sec 良, GOOD		

NOTES

日付 DATE	2019-01-28	室内温度, 湿度 AMBIENT TEMP. & HUM.	22 °C & 63 %
検査者 INSPECTOR	LI LI	承認者 APPROVED BY	HUANG JIBIN HJB

YOKOGAWA

QIC 01E21D02-01Z1
Ed3: Oct. 2018

Rodolfo Munita

YOKOGAWA AMERICA DO SUL (CHILE)

Importacion, Venta de Instrumentos de Medicion, Sistemas de Control, Ingenieria en Sistemas de Seguridad

Casa Matiz: Calle Badajoz #130, piso 16
 Fono: (56-2) 2355 6300 - Las Condes
 Santiago - Chile
 Bodega: Gamero N° 1860
 Fono: (56-2) 2711 5956 - Independencia
 Santiago - Chile
 www.yokogawa.cl

YOKOGAWA

R.U.T. 59.127.150-4
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 N° 000002272

S.I.I. - PROVIDENCIA

Almacén
 200479152

SEÑORES : SQM SALAR S.A.
 DIRECCIÓN : LOS MILITARES N°4290
 COMUNA : LAS CONDES CIUDAD : SANTIAGO
 R.U.T. : 79.626.800-K
 GIRO : EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.
 CÓDIGO : C0079626800K

FECHA EMISIÓN : 06/03/2019
 IND. TRASLADO : Operación constituye venta
 TIPO DESPACHO :
 FORMA DE PAGO :
 COD. VENDEDOR : -1 -Ningún empleado del departamento de ventas-

Tipo de Documento Folio Fecha
 Orden de Compra 1000161525 18/12/2018

Dirección Origen: AV. NUEVA LOS LEONES
 NO-INFORMADO Ciudad : Providencia
 Dirección Destino: LOS MILITARES N°4290
 LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. %	DESCUENTO \$	PRECIO ÍTEM
1.000000	YHC5150X	3.282.188,08			3.282.188
2.000000	F9197UF	1,00			2
5.000000	AXG150-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2	1.322.495,11			6.612.476
2.000000	AXG200-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2	1.762.895,06			3.525.790
1.00	- DOLAR OBSERVADO \$657,49 OC 1000161525 CL-5589 F.GAJARDO 04 BULTOS PESO TOTAL: 328,5 KG				0


180137494
5000477954
 T. BELLO SANTIAGO
 PRODUCTO EN SANTIAGO
 SIN REVISIÓN NI GARANTÍA
 BODEGA TRANSITO
 FECHA: *06.03.19* HORA: *1 P.M.*
 BULTOS: *1 Pallet*
 KILOS: *328.5k*
 JEAN - BAPTISTE DUVENSON
 25.425.469-K
Rafael
1 Pallet Grande
3 Pallet chico (3.8kg cada uno)
10/03/2019
1000161525

(4 bultos)
328.5k
3 chico

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

NOMBRE: _____ RUT: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



MONTO TOTAL **15.970.343**