MUCLAP

成績表
TEST CERTIFICATE

製品名称 PRODUCT NAME	電磁流量計 一体形 MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE	タグNo. TAG No.	=====
形名 MODEL	AXG150-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2		
手配 No. ORDER No.	2005534139-000010-0004	スタイル STYLE	S1
口径 SIZE	150 mm	計器番号 SERIAL No.	S5V203118
実流設定スパン FLOW TEST SPAN	0 - 2.000 m/s		

実流量検査
ACTUAL FLOW TEST

許容差
ACCURACY ±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT 基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL	誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (℃) FLUID TEMP
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	19.9
23.5 [0.47]	29.95	30.00	+0.17	19.9
50.1 [1.00]	63.74	63.73	-0.02	19.9
97.9 [1.96]	124.56	124.39	-0.14	19.9
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR		L 0.9441	H 0.9035	

項 目 ITEM		結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	ASME Class 150 フランジ形 ASME Class 150 Flange Type	良, GOOD
配線口検査 CABLE ENTRY	ASME 1/2NPT めねじ ASME 1/2NPT Female Screw	良, GOOD
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	(1)電源端子ー接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子ー入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 100 MΩ , 500 V DC	良, GOOD
	(3)接地端子ー入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM. (4)入出力端子ー入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM. 20 MΩ , 100 V DC or 125 V DC	良, GOOD
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(1)電源端子ー接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子ー入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 1400 V AC , 2 sec	良, GOOD

項 目 ITEM		結果 RESULT
I/O1	電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
I/O2	パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
I/O3	機能なし NO FUNCTION	=====
I/O4	機能なし NO FUNCTION	=====
通信機能検査 COMMUNICATION		良, GOOD
表示器検査 DISPLAY		良, GOOD
漏洩検査 LEAK TEST		良, GOOD
外観検査 APPEARANCE		良・GOOD

NOTES

日付 DATE	2019-01-29	室内温度, 湿度 AMBIENT TEMP. &HUM.	22 ℃ & 63 %
検査者 INSPECTOR	ZHU HONGLIANG	承認者 APPROVED BY	HUANG JIBIN HJB

YOKOGAWA

QIC 01E21D02-01Z1
Ed3: Oct. 2018