

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MSL - 3636**FLEX-12**

Solicitante : SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
Dirección : Luis Matte Larraín 908, Las Condes, Santiago.
Atención : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 72309871
Fecha de Emisión : 2023-07-20

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACIÓN**

Descripción : Flexómetro
Marca : BAHCO
N° de Serie : N/I
Modelo : MST-5-25-E
Rango de Medida : 0 - 5 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACIÓN

Método : Comparación Directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : **19 de Julio de 2023**
Sello de Calibración : N° 30597

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (45 ± 5) %HR

TRAZABILIDAD DEL PATRON

Descripción : Bloques patrones
Certificado N° : DAkkS -223
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
500	499,5	-0,5	0,5
1000	999,5	-0,5	0,5
1500	1499,5	-0,5	0,5
2000	1999,5	-0,5	0,5
2500	2499,5	-0,5	0,5
3000	2999,4	-0,6	0,5
3500	3499,4	-0,6	0,5
4000	3999,5	-0,5	0,5
4500	4499,6	-0,4	0,5
5000	4999,6	-0,4	0,5

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.

"Fin de Certificado de Calibración"

Héctor Palavecino Moya
Metrologo Senior Div. Metrología

Página 1 de 1