

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**MSL - 3572**

Solicitante : SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
Dirección : Luís Matte Larraín N°908, Las Condes, Santiago.
Atención : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 52308583
Fecha de Emisión : 2023-05-29

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACIÓN**

Descripción : Pozómetro, Medidor de Nivel de Agua.
Marca : SOLINST CANADA LTDA.
N° de Serie : 363938, Plomada 568447
Modelo : 101
Rango de Medida : 0 - 60 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACION

Método : Comparación directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : **2023-05-26**
Sello de Calibración : N° 16942

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (45 ± 5) %HR
Tensión : (5 ± 0,5) kgf

TRAZABILIDAD DEL PATRON

Descripción : Bloques patrones
Certificado N° : DAkKS - 0223
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
3000	3000,0	0,0	1,0
6000	6000,0	0,0	1,0
9000	9000,2	0,2	1,0
12000	12000,5	0,5	1,0
15000	15000,6	0,6	1,0
18000	18000,6	0,6	1,5
21000	21000,7	0,7	1,5
24000	24000,8	0,8	1,5
27000	27000,8	0,8	1,5
30000	30000,9	0,9	1,5
36000	36000,9	0,9	1,5
42000	42000,9	0,9	1,5
48000	48001,4	1,4	1,5
54000	54001,4	1,4	1,5
60000	60001,4	1,4	1,5

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.

Héctor Palavecino Moya
Metrólogo Senior Div. Metrología

"Fin de Certificado de Calibración"

Página 1 de 1