

Servicio de mantenimiento, instrumentación y

Calibración de equipos de Geofísica.

Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeología

Superintendencia de Recursos Hídricos y

Medio Ambiente.

OBJETO

Item

Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH

MODELO

MODEL

KLL-Q-2

NUMERO DE SERIE

Serial Number

4923

FECHA DE CALIBRACIÓN

Date of Calibration

03/06/2025

VIGENCIA DE CALIBRACIÓN

Calibration Vigency

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	25.233	25.00	°C
Conductividad	111.763	111.800	mS/cm

Calibración realizada bajo el sistema de compensación de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.415813

Conductividad: Calibración con solución patrón de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 03/06/25,
09:00 Hr.



Fecha de Emisión
Date of issue
03/06/25

CERT CAL JUN 01 SEBA1

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

