

**Servicio de mantenimiento, instrumentación y**

**Calibración de equipos de Geofísica.**

Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeología

Superintendencia de Recursos Hídricos y

Medio Ambiente.

**OBJETO** **Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH**

*Item*

**MODELO** **KLL-Q-2**

*MODEL*

**NUMERO DE SERIE** **4923**

*Serial Number*

**FECHA DE CALIBRACIÓN** **02/02/2025**

*Date of Calibration*

**VIGENCIA DE CALIBRACIÓN** **1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION**

*Calibration Vigency*

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	23.70	25.00	°C
Conductividad	111.822	111.800	mS/cm

Calibración realizada bajo el sistema de compensación de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C  
Constante de la célula 0.412428

Conductividad: Calibración con solución patrón de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

ARMANDO ANTONIO MONDACA  
VÁSQUEZ RUT: 17.712.935-6  
SUPERVISOR TECNICO DE  
INSTRUMENTACION, FECHA DE  
CALIBRACION 02/02/25,  
17:30 Hr.

Fecha de Emisión  
*Date of issue*  
**02/02/25**

**CERT CAL FEB 02 SEBA1**

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

