

**Servicio de mantenimiento, instrumentación y**

**Calibración de equipos de Geofísica.**

Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeología

Superintendencia de Recursos Hídricos y

Medio Ambiente.

**OBJETO**

*Item*

**Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH**

**MODELO**

*MODEL*

**KLL-Q-2**

**NUMERO DE SERIE**

*Serial Number*

**4923**

**FECHA DE CALIBRACIÓN**

*Date of Calibration*

**07/04/2025**

**VIGENCIA DE CALIBRACIÓN**

*Calibration Vigency*


**1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION**

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	24.705	25.00	°C
Conductividad	110.672	111.800	mS/cm

Calibración realizada bajo el sistema de compensación de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C  
Constante de la célula 0.413013

Conductividad: Calibración con solución patrón de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR  
OLIVARES RUT: 17.019.790-9  
SUPERVISOR TECNICO DE  
INSTRUMENTACION, FECHA DE  
CALIBRACION 07/04/25,  
08:15 Hr.



Fecha de Emisión  
*Date of issue*  
**07/04/25**

**CERT CAL ABR 01 SEBA1**

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

