

Servicio de mantenimiento, instrumentación y

Calibración de equipos de Geofísica.

Salar de Atacama
Gerencia de Hidrogeología
Superintendencia de Recursos Hídricos y
Medio Ambiente.

OBJETO **Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH**

Item

MODELO **KLL-Q-2**

MODEL

NUMERO DE SERIE **4923**

Serial Number

FECHA DE CALIBRACIÓN **12/03/2025**

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACIÓN **1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION**


Calibration Vigency

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	24.830	25.00	°C
Conductividad	111.739	111.800	mS/cm

Calibración realizada bajo el sistema de compensación de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.413013

Conductividad: Calibración con solución patrón de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 12/03/25,
09:30 Hr.



Fecha de Emisión
Date of issue
12/03/25

CERT CAL MAR 01 SEBA1

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

