

発行日 : 2024-12-26

Date

発行No.: FM243427

Issue No.

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形 名 (Model): AXG150-GA000CA1AH222B-2JF21/GRL/SCT/MC/L2
製品名称 (Description): 電磁流量計一体形 (MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE)
計器番号 (Serial No.): S52106852
客 先 名 (Customer): SQM

上記製品は、横河電機株式会社の基準にしたがって校正され、校正作業における検査または試験の結果は仕様を満たしています。この校正に使用した測定器は横河電機株式会社の計測器管理システムにより校正されています。横河電機株式会社の計測器管理システムにおける一次標準である照合用標準器は、産業技術総合研究所をはじめとする公的な校正機関の標準、また、それらの公的な校正機関によって認められている標準にトレーサビリティがとれています。その他、特定分野においては、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的な校正機関の標準および、計測器メーカーを経由して、前述の公的な校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

Yokogawa Electric Corporation (YOKOGAWA) certifies that this instrument is underwent stringent calibration in accordance with YOKOGAWA product manufacturing standards / manufacturing and working procedures and the result of inspection or testing for calibration meets the product specifications.

YOKOGAWA also certifies that the measuring instruments which are used for the calibration are calibrated by YOKOGAWA Measuring Instruments Control System.

YOKOGAWA primary standards which are used in the Measuring Instruments Control System are traceable to the standards of the official calibration laboratories such as the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, or are traceable to the standards of organizations which are approved by the official calibration laboratories.

In special fields, YOKOGAWA primary standards are traceable to the standards of the official calibration laboratories which are a member of the International Committee of Weights and Measures, or the previous mentioned the official calibration laboratories through other instrument Manufacturers.

横河電機(蘇州)有限公司
流量計製造1部
Yokogawa Electric China Co., Ltd.
Flowmeter Manufacturing Dept.1

Jiang.Jinfang

Jiang Jinfang

本書の内容の一部のみを無断で転載、複製することは禁止されています。
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

横河電機株式会社
Yokogawa Electric Corporation

東京都武蔵野市中町2-9-32 〒180-8750
2-9-32, NAKACHO, MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750 JAPAN

発行日：2024-12-26

Date

発行No.: FM243427

Issue No.

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形名 (Model): AXG150-GA000CA1AH222B-2JF21/GRL/SCT/MC/L2
製品名称 (Description): 電磁流量計一体形 (MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE)
計器番号 (Serial No.): S52106852
客先名 (Customer): SQM

作業用計測器一覧

Working Standards List

形名 Model	名称 Description	計器番号 Serial No.
F3XS04	パルス入力モジュール PULSE INPUT MODULE	F7F082024
XK3133(IND880)	電子式非自動はかり ELECTRONIC WEIGHT SCALE	B731453007
Pt100	測温抵抗体 RESISTANCE THERMOMETER SENSOR	TS259131
F3CX04	温度調節・モニタモジュール TEMPERATURE CONTROL AND MONITORING MODULE	F7F089012

本書の内容の一部のみを無断で転載、複製することは禁止されています。

THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

横河電機株式会社
Yokogawa Electric Corporation

東京都武蔵野市中町2-9-32 〒180-8750
2-9-32, NAKACHO, MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750 JAPAN