# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

*Calibration Certificate*



**Servicio de mantenimiento, instrumentación y**
**Calibración de equipos de Geofísica.**
Salar de Atacama
Gerencia de Hidrogeología
Superintendencia de Recursos Hídricos y
Medio Ambiente.

| | |
|---|---|
| OBJETO<br>*Item* | **Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 2 PSAH** |
| MODELO<br>*MODEL* | **3320** |
| NUMERO DE SERIE<br>*Serial Number* | **Equipo 2 PSAH, Sensor Conductividad 28430285 , Sensor Ph Y233702299** |
| FECHA DE CALIBRACIÓN<br>*Date of Calibration* | **03/01/2026** |
| VIGENCIA DE CALIBRACIÓN<br>*Calibration Vigency* | **1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION** |

| Sensor | Medición Actual | Medición Referencia | Unidad |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24.75 | 25.00 | °C |
| Conductividad | 1443 | 1413 | uS/cm |
| Ph | 4.02 | 4.01 | Ph |
| Ph | 7.03 | 7.01 | Ph |
| Ph | 10.015 | 10.01 | Ph |

Equipo calibrado con compensación 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibración con solución Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm
PH: pH: Calibración con solución de pH 7.01 HI7007L/C y pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C
**Constante de célula: 0.472**

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 03/01/26, 1000 Hr.

Fecha de Emisión
*Date of issue*
***03*/01/2026**

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.