CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Servicio de mantenimiento, instrumentación y
Calibración de equipos de Geofísica.
Salar de Atacama
Gerencia de Hidrogeología
Superintendencia de Recursos Hídricos y
Medio Ambiente.

OBJETO *Item*	**Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH**
MODELO *MODEL*	**3320**
NUMERO DE SERIE *Serial Number*	**Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 22100153, Sensor Ph Y223905125**
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of Calibration*	**02/06/2026**
VIGENCIA DE CALIBRACIÓN *Calibration Vigency*	**1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION**

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	24.83	25.00	°C
Conductividad	1445	1413	uS/cm
Ph	4.02	4.01	Ph
Ph	7.03	7.01	Ph
Ph	10.013	10.01	Ph

Equipo calibrado con compensación 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibración con solución Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm
PH: pH: Calibración con solución de pH 7.01 HI7007L/C y pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C
Constante de célula: 0.474

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 02/06/26, 0930 Hr.



Fecha de Emisión
Date of issue
02/06/2026

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.