

Servicio de mantenimiento, instrumentación y

Calibración de equipos de Geofísica.

Salar de Atacama
Gerencia de Hidrogeología
Superintendencia de Recursos Hídricos y
Medio Ambiente.

OBJETO **Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH**

Item

MODELO **KLL-Q-2**

MODEL

NUMERO DE SERIE **4923**

Serial Number

FECHA DE CALIBRACIÓN **02/01/2026**

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACIÓN **1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION**

Calibration Vigency

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	24.924	25.00	°C
Conductividad	111.358	111.800	mS/cm

Calibración realizada bajo el sistema de compensación de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.412874

Conductividad: Calibración con solución patrón de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 02/01/26,
08:00 Hr.



Fecha de Emisión
Date of issue
02/01/26

CERT CAL ENE 01 SEBA1

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

