CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Servicio de mantenimiento, instrumentación y
Calibración de equipos de Geofísica.
Salar de Atacama
Gerencia de Hidrogeología
Superintendencia de Recursos Hídricos y
Medio Ambiente.

OBJETO *Item*	**Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH**
MODELO *MODEL*	**KLL-Q-2**
NUMERO DE SERIE *Serial Number*	**4923**
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of Calibration*	**02/05/2026**
VIGENCIA DE CALIBRACIÓN *Calibration Vigency*	**1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION**

Sensor	Medición Actual	Medición Referencia	Unidad
Temperatura	24.911	25.00	°C
Conductividad	111.827	111.800	mS/cm

Calibración realizada bajo el sistema de compensación de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.412398

Conductividad: Calibración con solución patrón de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR OLIVARES RUT: 17.019.790-9 SUPERVISOR TECNICO DE INSTRUMENTACION, FECHA DE CALIBRACION 02/05/26, 09:00 Hr.

Fecha de Emisión
Date of issue
02/05/26

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.