

**RESUELVE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE
ALCANCES AUTORIZADOS E INICIA
PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN, CITANDO A
AUDIENCIA Y DICTANDO MEDIDAS DE SUSPENSIÓN
A ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1866

Santiago, 30 de junio de 2026

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LOSMA”); en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°1083, de 2026, que fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente y deja sin efecto resoluciones exentas que indica; en el Decreto Exento RA N°118894/181/2026, de 17 de marzo de 2026, que Establece orden de subrogación del cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Mediante presentación de fecha 25 de marzo de 2026, **ALS Life Sciences Chile S.A.** (en adelante, la Interesada), cuya autorización como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (en adelante, ETFA) está hoy vigente en razón de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 1648, del 23 de septiembre de 2022; solicitó la actualización de algunos alcances a ella autorizados, en cumplimiento a la obligación definida en el numeral 16.7, de la resolución exenta N° 574, del 18 de abril de 2022. Los mismos se relacionan a las sucursales ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – ANTOFAGASTA, código ETFA 029-01; ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO, código ETFA 029-02 y ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – GERENCIA DE OPERACIONES, código ETFA 029-03.

BARS



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/LFRP2-854>

2. La mencionada disposición señala que, en caso de existir una actualización en el año de la edición de un método normalizado, o bien; en el número de versión o revisión de métodos propios, la entidad autorizada deberá dar aviso de ello a la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, SMA).

3. Para este fin, deberá ser acompañado copia del certificado de acreditación en el que consten las modificaciones a los alcances objeto de la solicitud, reflejando adecuadamente el número de versión o revisión de los métodos, según corresponda.

4. En la misma línea, aclara que no se deberá proceder con una solicitud de Ampliación de Alcances -definido en el numeral 5.7, de la resolución exenta N° 575, del 18 de abril de 2022- en caso de que se dé una correcta observancia a los requisitos antes indicados, actualizándose el Registro Nacional de Entidades Técnicas de la SMA de forma que refleje adecuadamente el contenido de su autorización, dándose así cumplimiento a la obligación de registro que define el artículo 14 del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, reglamento ETFA).

5. Ahora bien, la solicitud de marras fue revisada por la Sección de Entidades Técnicas y Laboratorio, dando origen a tres Informes de Solicitud de Actualización de Alcances Autorizados, de fecha 8 y 18 de mayo, todos de 2026. Los mismos dan cuenta de aquellos alcances que se encuentran ajustados técnicamente a los requisitos ya señalados, y aquellos que no, explicando las razones que justifican la decisión. Los mismos se adjuntan al presente acto y se consideran parte integrante del mismo.

6. Respecto de aquellos alcances que figuran con un estado de evaluación "Aprobado", corresponde proceder con su actualización en el ya mencionado registro, por haberse ajustado la solicitud a los requisitos pertinentes y encontrarse los alcances técnicamente ajustados.

7. Ahora, en relación a los alcances evaluados como "Rechazado", no corresponde proceder con lo solicitado. Esto, dado que la modificación del certificado de acreditación correspondiente no puede ser tramitada bajo la institución de la Actualización de Alcances Autorizados, al no ser asimilable a un cambio del año de la edición de un método normalizado, o bien; a un cambio en el número de versión -o revisión- de un método propio.

8. Adicionalmente, se identificó que los alcances de esta manera evaluados carecen de respaldo en la documentación referenciada por la Interesada, toda vez que la modificación incorporada a su respectivo certificado cambió el sentido del alcance acreditado, lo que redundaba en que el alcance autorizado ante la SMA quede excluido del certificado correspondiente.

9. De lo anterior se sigue que, al día de hoy, la Interesada posee alcances autorizados no considerados en los certificados referenciados en la petición de marras, de forma que podrían no encontrarse acreditados.

10. Corolario de lo anterior, cabe tener en especial consideración lo dispuesto por el artículo 3° del reglamento ETFA, que desarrolla los requisitos que



todo solicitante deberá cumplir para ser autorizado como ETFA, siendo de relevancia al presente acto aquél presupuesto definido por su literal c):

Contar con procedimientos de examen o verificación de antecedentes y/o protocolos, procedimientos y métodos de análisis, que cumplan con lo establecido en las normas técnicas, la normativa ambiental vigente, y/o en las normas, directrices o instrucciones técnicas que imparta la Superintendencia al respecto.

11. Luego, el artículo 12 de la misma norma define la institución de la revocación de la autorización otorgada, mediante resolución fundada y previa audiencia con el incumbente, en los siguientes términos:

Artículo 12.- Revocación de la autorización. La autorización podrá ser revocada, mediante resolución fundada y previa audiencia del afectado, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Pérdida de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3º del presente reglamento, excepto por lo dispuesto en la letra a) del artículo anterior. La Superintendencia, en casos calificados, podrá otorgar al afectado un plazo para subsanar la situación, el que en ningún caso podrá exceder de noventa días hábiles. (énfasis añadido)

12. Mediante la ya mencionada resolución exenta N°575, de 2022 -publicada en el Diario Oficial el 25 de abril de 2022- se dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental y para los inspectores ambientales. Específicamente, su numeral 5.2.1. indica, en razón del requisito antes señalado, lo siguiente:

Para dar cumplimiento a este punto, podrán solicitar su autorización como ETFA quienes al momento de postular cuenten con una o más acreditaciones vigentes para las actividades de muestreo, medición, análisis, inspección y/o verificación, según corresponda, otorgadas por el Instituto Nacional de Normalización, o por algún organismo internacional con reconocimiento de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (en adelante e indistintamente ILAC) para la actividad acreditada (...)

13. Por su lado, la ley N°19.880 establece, en su artículo 32, la facultad de los órganos administrativos del Estado para dictar medidas provisionales de oficio, con el fin de asegurar la eficacia de la decisión que pudiese recaer sobre un procedimiento administrativo, procurando que las mismas sean proporcionales al riesgo a ser gestionado, evitando causar perjuicio de difícil reparación o la violación de derechos amparados por la ley. Adicionalmente, se considera la posibilidad de modificar lo ordenado ante antecedentes nuevos, o que no se tuvieron en cuenta al momento de tomar la determinación, indicando además que su extinción llegará al terminar el procedimiento correspondiente.

14. De igual manera, este cuerpo normativo -a través del artículo 61- define los alcances de la institución de revocación de actos administrativos,



definiendo limitaciones que no concurren al caso de marras, por tratarse de una autorización administrativa que debe ser renovada tras un periodo de vigencia y está sujeta al permanente cumplimiento de requisitos constitutivos, dando lugar a que sólo pueda ser entendida como eminentemente revocable. Cabe señalar que este mismo razonamiento se desprende del citado artículo 12 del reglamento ETFA.

15. En atención a ello, se configura la mencionada hipótesis del literal a) del artículo 12 del Reglamento ETFA, al haberse constatado la pérdida del requisito que se indicó en el punto considerativo 11. En razón de lo anterior, resulta necesario iniciar el procedimiento de revocación contemplado por aquél, citándose a una audiencia previa a la dictación de una resolución fundada que resuelva el asunto.

16. A considerar, la normativa previene que podrá ser otorgado un plazo para subsanar la situación observada, mas únicamente en **casos calificados**, situación que será ponderada luego de celebrada la mencionada audiencia, a fin de contar con la mayor cantidad de antecedentes atinentes al caso.

17. Por otro lado, el legislador estableció los requisitos esenciales para ser ETFA a fin de estructurar y guiar el sistema, teniendo en consideración los pilares de una institucionalidad que sería la encargada de velar por la veracidad de los datos de carácter ambiental que serán utilizados para tomar decisiones en la materia. Así las cosas, de acuerdo con lo señalado en los considerandos 10 y 12 de la presente resolución, los requisitos faltantes se entienden como requisitos constitutivos de la autorización, motivo por el cual el reglamento considera su pérdida como una falta de entidad suficiente para determinar que la revocación de la autorización otorgada es la respuesta adecuada.

18. Si bien este razonamiento es aplicable a una gran cantidad de instancias de la administración del Estado, resulta incluso más relevante en la presente, toda vez que las ETFA son autorizadas por la SMA para realizar actividades de fiscalización ambiental, recopilando antecedentes que serán luego utilizados para la toma de decisiones relacionadas al cumplimiento normativo de los titulares de instrumentos de carácter ambiental cuya supervigilancia se le encomendó por mandato legal. De esta manera, cualquier falencia presentada por una ETFA, genera incertidumbre respecto de las actividades realizadas por ella en el contexto de su autorización, lo que redundará en una pérdida en la confiabilidad del dato levantado, poniendo en riesgo el debido funcionamiento del servicio y la calidad de sus decisiones.

19. Por lo anterior, no es suficiente la sola instrucción del procedimiento de revocación para manejar de manera efectiva la situación descrita, resultando imperativo contar con medidas provisionales destinadas a la adecuada gestión del riesgo identificado. Así las cosas -y en atención a la normativa aplicable- deberá velarse por lograr un equilibrio entre la menor intromisión en los derechos del afectado, y la efectividad de lo ordenado para morigerar los efectos negativos que supone la manifestación efectiva del riesgo. En vista de aquello, en primera instancia se opta no por una suspensión general de la autorización, si no que por una precisa que recaiga únicamente sobre aquellos alcances que se verían afectados por la falta identificada.



20. Finalmente cabe destacar la existencia del procedimiento de Renovación de Autorización de **ALS Life Sciences Chile S.A.**, hoy tramitado en forma paralela ante este servicio. En razón de aquél, resulta de interés aclarar que la revisión técnica de los alcances autorizados a ser renovados considerará únicamente los antecedentes disponibles en el servicio al momento de su realización. De lo anterior se sigue que todo alcance que no cumpla con los requisitos definidos en aquella fecha, podrá ser Rechazado, al no ajustarse a las instrucciones dictadas al efecto.

21. En consideración de lo anteriormente indicado en el presente acto, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º. **ACÓGESE PARCIALMENTE** la solicitud presentada por **ALS Life Sciences Chile S.A.**, respecto de los alcances autorizados como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental y evaluados como Aprobados por tres Informes de Solicitud de Actualización de Alcances Autorizados, de fecha 8 y 18 de mayo de 2026, que se adjuntan al presente acto.

2º. **ACTUALÍCESE** el Registro Nacional de Entidades Técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, para los alcances aprobados en el informe, de manera que refleje fielmente el actual estado de los certificados de acreditación correspondientes.

3º. **RECHÁCESE PARCIALMENTE** la solicitud presentada por **ALS Life Sciences Chile S.A.**, para la actualización de los alcances autorizados como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, respecto de todos los alcances que se evalúan como Rechazados, por las razones expresadas en los Informes de Solicitud de Actualización de Alcances Autorizados, de fecha 8 y 18 de mayo de 2026.

4º. **INÍCIESE** el Procedimiento de Revocación establecido en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, en contra de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental **ALS Life Sciences Chile S.A.**, en atención a los hechos descritos en los puntos considerativos del presente acto, relacionados a las sucursales ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – ANTOFAGASTA, código ETFA 029-01; ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO, código ETFA 029-02 y ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – GERENCIA DE OPERACIONES, código ETFA 029-03. Lo anterior, respecto de los alcances rechazados referidos en el punto resolutivo anterior.

5º. **CÍTESE** a audiencia a los representantes legales de **ALS Life Sciences Chile S.A.**, a fin de que expongan su parecer en relación a los hechos descritos en el presente acto. Dicha instancia será realizada de manera telemática el día viernes 3 de julio de 2026, a las 11.30 horas, levantándose acta, la que será utilizada para fundar la resolución que ponga término al procedimiento por este acto iniciado. Al correo electrónico de notificación del presente acto se acompañará el enlace correspondiente.





6º. SUSPÉNDASE PARCIALMENTE la autorización como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental otorgada a **ALS Life Sciences Chile S.A.**, por toda la duración del presente Procedimiento de Revocación, en atención a lo señalado por el artículo 32 de la 19.880. Los alcances suspendidos, corresponden a los siguientes:

85252; 85253; 85254; 85255; 105930; 105931; 105932; 105933; 105934; 105935; 105936; 105937; 105938; 105939; 105940; 105941; 105942; 105943; 105944; 105945; 105946; 105947; 105948; 105949; 105950; 105951; 105952; 105953; 105954; 105955; 105956; 105957; 105958; 105959; 105960; 105961; 105962; 105963; 105964; 105965; 105966; 105967; 105968; 105969; 105970; 105971; 105972; 105973; 105974; 105975; 105976; 105977; 105978; 105979; 105980; 105981; 105982; 105983; 105984; 105985; 105987; 105988; 105989; 105990; 105991; 105992; 105993; 105994; 105995; 105996; 105997; 105998; 105999; 106000; 106001; 106002; 106003; 106004; 106005; 106006; 106104; 106105; 106134; 106135; 106148; 106151; 106152; 106155; 106156; 106161; 106162; 106182; 106183; 106212; 106213; 106229; 106230; 106233; 106234; 106239; 106240; 106260; 106261; 106290; 106291; 106307; 106308; 106311; 106312; 106317; 106318; 106338; 106339; 106368; 106369; 106385; 106386; 106389; 106390; 106395; 106396; 106398; 106399; 106400; 106401; 106402; 106403; 106404; 106405; 106406; 106407; 106408; 106409; 106410; 106411; 106412; 106413; 106414; 106415; 106416; 106417; 106418; 106419; 106420; 106421; 106422; 106423; 106424; 106425; 106426; 106427; 106428; 106429; 106430; 106431; 106432; 106433; 106434; 106435; 106436; 106437; 106438; 106439; 106440; 106441; 106442; 106443; 106444; 106445; 106446; 106447; 106448; 106449; 106450; 106451; 106452; 106453; 106455; 106456; 106457; 106458; 106459; 106460; 106461; 106462; 106463; 106464; 106465; 106466; 106467; 106468; 106469; 106470; 106471; 106472; 106473; 106474; 106476; 106477; 106478; 106479; 106480; 106481; 106482; 106483; 106484; 106485; 106486; 106487; 106488; 106489; 106490; 106491; 106492; 106493; 106494; 106495; 106496; 106497; 106498; 106499; 106500; 106501; 106502; 106503; 106504; 106505; 106506; 106507; 106508; 106509; 106510; 106511; 106512; 106513; 106514; 106515; 106516; 106517; 106518; 106519; 106520; 106521; 106522; 106523; 106524; 106525; 106526; 106527; 106528; 106529; 106530; 106531; 106533; 106534; 106535; 106536; 106537; 106538; 106539; 106540; 106541; 106542; 106543; 106544; 106545; 106546; 106547; 106548; 106549; 106550; 106551; 106552; 108829; 108830; 108831; 108832; 108833; 108834; 108835; 108836; 108837; 108838; 108839; 108840; 108841; 108842; 108843; 108844; 108845; 108846; 108847; 108848; 108849; 108850; 108851; 108852; 108853; 108854; 108855; 108856; 108857; 108858; 108859; 108860; 108861; 108862; 108863; 108864; 108865; 108866; y 108868.


7º. TÉNGASE PRESENTE que la tramitación del presente procedimiento se realiza en forma paralela a la solicitud de Renovación de Autorización requerida por **ALS Life Sciences Chile S.A.**, por lo que cualquier plazo de tramitación considerado en el presente procedimiento será otorgado en la medida de que resulte compatible con la tramitación de la señalada solicitud, considerando especialmente que el último día de vigencia de la mencionada autorización, es el día 26 de septiembre de 2026.





8º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución conforme lo a lo previsto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Firmado por:
Claudia Teresa Pastore Herrera
Superintendente (s)
Fecha: 30-06-2026 19:00 CLT
Superintendencia del Medio Ambiente

**CLAUDIA PASTORE HERRERA
SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE (S)**

BRS/JAA/LMS

Notificación por correo electrónico:

- rodrigo.parra@alsglobal.com
- roberto.gutierrez@alsglobal.com
- viviana.zuniga@alsglobal.com

Adjunto:

- Tres Informes de Solicitud de Actualización de Alcances Autorizados, de fecha 8 y 18 de mayo de 2026.

Distribución:

- Gabinete
- Sección de Entidades Técnicas y Laboratorio
- Fiscalía
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes

Exp. N° 5.972/2026



INFORME SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS

Santiago, 08 de mayo de 2026.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Entidades Técnicas y laboratorio de la División de Fiscalización, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes, por la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – ANTOFAGASTA, código 029-01, asociados a su solicitud de actualización de alcances autorizados, en marco del cumplimiento a lo estipulado en el numeral 16.7 de la Resolución Exenta N°574/2022.

1. DATOS GENERALES

Tipo de solicitud	Actualización de alcances autorizados
Fecha Ingreso Of. De Partes	25 de marzo de 2026
Expediente N°	5972/2026

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	029-01
NOMBRE SUCURSAL	ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN SUCURSAL	El Yodo 7764, Antofagasta

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Carta conductora código ALS/ENV-041/2026, del 25 de marzo de 2026.
- Planilla Excel "Formato solicitud de actualización de alcances autorizados". ETFA-REG-16 v.01.
- Certificado de acreditación IAS TL-990, fecha fin de vigencia 01-07-2026.



2. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
85252	-	-	-	-	QWI-IO-SULFUR-01 (Issue C Modification 0). Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Ed. 23, 2017, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	QWI-IO-SULFURO-01 (Issue C Modification 1) - Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	Sulfuro	TL-990	RECHAZADO	El alcance autorizado no está contenido en la acreditación.
85253	-	-	-	-	QWI-IO-SULFUR-01 (Issue C Modification 0). Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Ed. 23, 2017, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	QWI-IO-SULFURO-01 (Issue C Modification 1) - Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	Sulfuro	TL-990	RECHAZADO	El alcance autorizado no está contenido en la acreditación.
85254	-	-	-	-	QWI-IO-SULFUR-01 (Issue C Modification 0). Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Ed. 23, 2017, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	QWI-IO-SULFURO-01 (Issue C Modification 1) - Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	Sulfuro	TL-990	RECHAZADO	El alcance autorizado no está contenido en la acreditación.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
85255	-	-	-	-	QWI-IO-SULFUR-01 (Issue C Modification 0). Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Ed. 23, 2017, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	QWH-IO-SULFURO-01 (Issue C Modification 1) - Method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023, 4500-S-2-D Spectrophotometry of Absorption Molecular	Sulfuro	TL-990	RECHAZADO	El alcance autorizado no está contenido en la acreditación.



3. CONCLUSIÓN

La evaluación de la solicitud de actualización de alcances autorizados de la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – ANTOFAGASTA, código 029-01, se basó en la verificación del cumplimiento de las instrucciones establecidas en el punto 16.7 de la Resolución Exenta N°574/2022 de la SMA, en la revisión de los antecedentes ingresados por la ETFA y en el certificado de acreditación descargado desde la página web del organismo acreditador IAS código TL-990 con fecha 27 de abril de 2026.

Una vez analizados los antecedentes indicados en el párrafo anterior y habiendo revisado el certificado de acreditación correspondiente, se recomienda rechazar la actualización de alcances autorizados, identificados en el punto 2 de este documento, ya que no se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA.



Firmado por:
Marta Mónica Vergara Gallardo
Encargada Sección de Entidades
Técnicas y Laboratorio, Dfz
Fecha: 08-05-2026 12:18 CLT
Superintendencia del Medio
Ambiente

MÓNICA VERGARA GALLARDO
ENCARGADA SECCIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS Y LABORATORIO
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN

MDC

Exp. 5972/2026



INFORME SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS

Santiago, 08 de mayo de 2026.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Entidades Técnicas y laboratorio de la División de Fiscalización, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes, por la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO código 029-02, asociados a su solicitud de actualización de alcances autorizados, en marco del cumplimiento a lo estipulado en el numeral 16.7 de la Resolución Exenta N°574/2022.

1. DATOS GENERALES

Tipo de solicitud	Actualización de alcances autorizados
Fecha Ingreso Of. De Partes	25-03-2026 y 15-04-2026
Expediente N°	5972/2026 y 7508/2026

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	029-02
NOMBRE SUCURSAL	ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO
DIRECCIÓN SUCURSAL	Hermanos Carrera Pinto 159, Colina, Santiago.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Carta conductora código ALS/ENV-041/2026, del 25 de marzo de 2026.
- Carta conductora código ALS/ENV-053/2026, del 15 de abril de 2026.
- Planilla Excel “Formato solicitud de actualización de alcances autorizados”. ETFA-REG-16 v.01., acompañando la carta del 25 de marzo de 2026.
- Planilla Excel “Formato solicitud de actualización de alcances autorizados”. ETFA-REG-16 v.01., acompañando la carta del 15 de abril de 2026
- Certificado de acreditación IAS TL-966, fecha fin de vigencia 01-07-2026.



2. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
39967	ME-01-2007. ME-01. Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Tubos Múltiples (NMP).. .2007. SISS.	ME- 01-2024: Parte 01: Determinación de Escherichia coli mediante medio EC- MUG, como complemento a la Norma Chilena oficial NCh 1620/1: Determinación de Coliformes Totales - Parte 1: Método de Tubos Múltiples (NMP). 3ra versión 2024. SISS.							APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se realiza la actualización del año de edición del método normalizado.
39968	ME-01-2007. ME-01. Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Tubos Múltiples (NMP).. .2007. SISS.	ME- 01-2024: Parte 01: Determinación de Escherichia coli mediante medio EC- MUG, como complemento a la Norma Chilena oficial NCh 1620/1: Determinación de Coliformes Totales - Parte 1: Método de Tubos Múltiples (NMP). 3ra versión 2024. SISS.							APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se realiza la actualización del año de edición del método normalizado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
39969	ME-02-2007. ME-02. Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Filtración por Membrana (FM).. .2007. SISS.	ME-02-2024: Parte 02: Determinación de Escherichia coli mediante medio EC-MUG, como complemento a la Norma Chilena oficial NCh 1620/2: Determinación de Coliformes Totales - Parte 2: método de Filtración por membrana (FM). 3ra versión 2024. SISS.							APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se realiza la actualización del año de edición del método normalizado.
39970	ME-02-2007. ME-02. Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Filtración por Membrana (FM).. .2007. SISS.	ME-02-2024: Parte 02: Determinación de Escherichia coli mediante medio EC-MUG, como complemento a la Norma Chilena oficial NCh 1620/2: Determinación de Coliformes Totales - Parte 2: método de Filtración por membrana (FM). 3ra versión 2024. SISS.							APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se realiza la actualización del año de edición del método normalizado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5378	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	2,4,6- Triclorofenol (Tcph)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5379	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	2,4- Dinitrotolue no	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5380	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	Hexaclorobu tadieno	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5381	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	Hexacloroet ano	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5382	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	Nitrobence no	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5383	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	Pentaclorofe nol	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5478	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	4,4'-DDD	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5479	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	4,4'-DDE	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5480	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	4,4'-DDT	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5481	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	α-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5482	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Aldrin	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5483	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Clordano	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5484	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	δ-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5485	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Dieldrín	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5486	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Endosulfan I	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5487	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Endosulfan II	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5488	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Endosulfan sulfato	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5490	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Heptacloro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5491	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Lindano	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5492	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Metoxicloro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5493	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Mirex	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5494	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	β-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5495	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Toxafeno	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5496	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Epóxido De Heptacloro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
5744	-	-	-	-	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 4 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 5 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	Aceites y grasas	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
5745	-	-	-	-	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 4 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 5 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	Aceites y grasas	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6516	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C,	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570.	2,4,5- triclorofenol	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	Cromatografía Gaseosa (CG-masa)				
6517	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI-ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI-ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	2-metil fenol (o-cresol)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6518	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI-ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI-ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	3-metil fenol (m-cresol)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
6519	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	4-metil fenol (p-cresol)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6520	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 4 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	QWI-ORG-ANA-05 Emisión B mod. 5 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8270D, 3510C, 3570. Cromatografía Gaseosa (CG-masa)	Piridina	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
6555	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	2,4-DDD	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6556	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	2,4-DDE	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
6557	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	2,4-DDT	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6558	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Cis-clordano (α-Clordano)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
6559	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	Cis- nonacoloro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6560	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	Endrina	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
6562	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Oxiciordano	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
6563	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Trans- nonacloro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
6943	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 3 Método basado US EPA SW- 846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG-ECD)	QWI-ORG-ANA-07 Emisión B mod. 7 QWI- ORG-EXT-09 Emisión B mod. 4 Método basado US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically/Chemicals Methods. Versión 2, 1997 y versión 3, 1995. Adaptación método US EPA 8081B, 3510 C, 3570. Cromatografía Gaseosa con detector ECD (CG- ECD)	Beta- clordano (Trans- clordano)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
47443	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Bromuro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
47444	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Cloruro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
47445	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Fluoruro	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
47447	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion.	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Nitrógeno- Nitrato	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Revision 1, 1997 Cromatografía iónica					
47448	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Nitrógeno- Nitrito	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
47449	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Sulfato	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
47541	-	-	-	-	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 4 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 5 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	Aceites y grasas	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión v/o



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/AAASYR-969>

ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Wastewater, 23st Edition 2017.					modificación del método propio.
47542	-	-	-	-	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 4 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	QWI-ORG-AyG-01 Emisión B mod. 5 Método basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23st Edition 2017.	Aceites y grasas	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
48213	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 7 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 3 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	QWI-IO-ANA-01 Emisión B, mod. 8 QWI-IO-LIX-01 Emisión B, mod. 4 Método basado en: US EPA Method 300.1 Determination of inorganic anion in drinking water by ion. Revision 1, 1997 Cromatografía iónica	Fosfato-P	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
86026	-	-	-	-	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 1). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 2). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	Acidez	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
										del método propio.
86027	-	-	-	-	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 1). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 2). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	Acidez	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
86028	-	-	-	-	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 1). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 2). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	Acidez	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
86029	-	-	-	-	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 1). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	QWI-IO-Acidez-01 (Issue B Modification 2). Method based on Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed 2017. 2310 A and B Heartburn.	Acidez	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
86913	-	-	-	-	QWI-IO-GRANULO-01 (Issue A Modification 2). Method based ASTM D422-63 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils	QWI-IO-GRANULO-01 (Issue A Modification 4). Method based ASTM D422-63 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils	Granulometría	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
90144	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI- ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography	Endrin aldehido	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
90145	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography	Endrin Cetona	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
90149	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C,	Hexaclorobene	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography	3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography				
95349	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	Endosulfan I	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
95350	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	Endosulfan II	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
95351	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C,	β-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.				
95352	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	γ-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
95357	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	Endosulfan I	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
95358	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C,	Endosulfan II	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.				
95359	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	8-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
95360	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	γ-BHC	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
97259	-	-	-	-	QWI-ORG-AyG-01(Issue B Modification 4). Method based on: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5520 B, D - 23rd Ed. 2017	QWI-ORG-AyG-01(Issue B Modification 5). Method based on: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5520 B, D - 23rd Ed. 2017	Aceites y grasas	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
97322	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	Beta-clordano (Trans-clordano)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.
97325	-	-	-	-	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 3). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of	QWI-ORG-ANA-07 (Issue B Modification 7). QWI-ORG-EXT-09 (Issue B Modification 4). Method based on US EPA SW-846. Test methods for Evaluation solid Waste Physically / Chemicals Methods. Version 2, 1997 and version 3, 1995. Adaptation of the US EPA method 8081B, 3510 C,	Beta-clordano (Trans-clordano)	TL-966	APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la emisión y/o modificación del método propio.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					the US EPA method 8081B, 3510 C, 3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.	3570. Gas Chromatography with ECD detector (CG-ECD). Organochlorine Pesticides by gas chromatography.				
105930	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Aluminio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado
105931	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Aluminio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105932	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Antimonio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105933	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Antimonio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105934	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Arsénico disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105935	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Arsénico total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105936	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bario disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105937	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Bario total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105938	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Berilio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105939	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Berilio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105940	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bismuto disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105941	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bismuto total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105942	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Boro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105943	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Boro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105944	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cadmio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105945	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cadmio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105946	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Calcio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105947	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Calcio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105948	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
105949	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105950	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cinc disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105951	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cinc total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105952	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobalto disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105953	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobalto total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105954	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobre disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105955	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobre total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105956	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cromo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105957	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cromo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105958	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estaño disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105959	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estaño total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105960	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estroncio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105961	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estroncio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105962	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Fósforo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105963	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Fósforo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105964	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Hierro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105965	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Hierro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105966	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Litio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105967	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Litio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105968	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Magnesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105969	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Magnesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105970	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Manganeso disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105971	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Manganeso total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105972	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Mercurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105973	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Mercurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105974	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Molibdeno disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105975	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Molibdeno total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105976	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Niquel disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105977	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Niquel total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105978	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105979	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105980	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plata disuelta	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105981	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plata total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105982	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plomo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105983	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Plomo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
105984	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Potasio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105985	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Potasio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105987	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Selenio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105988	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Selenio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105989	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Silicio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105990	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Silicio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105991	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Sodio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105992	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Sodio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
105993	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Talio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105994	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Talio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
105995	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105996	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105997	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Titanio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
105998	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Titanio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
105999	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106000	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106001	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Uranio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106002	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Uranio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106003	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Vanadio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106004	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Vanadio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106005	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106006	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106104	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106105	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106134	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106135	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106148	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Sodio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106151	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106152	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106155	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106156	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106161	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106162	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106182	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106183	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106212	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106213	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106229	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106230	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106233	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106234	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106239	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106240	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106260	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106261	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106290	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106291	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106307	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106308	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106311	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106312	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106317	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106318	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106338	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106339	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106368	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106369	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106385	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106386	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106389	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106390	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106395	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106396	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106398	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Aluminio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106399	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Aluminio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106400	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Antimonio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106401	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Antimonio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106402	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Arsénico disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106403	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Arsénico total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106404	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bario disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106405	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Bario total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106406	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Berilio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106407	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Berilio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106408	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Bismuto disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106409	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bismuto total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106410	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Boro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106411	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Boro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106412	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cadmio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106413	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cadmio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106414	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Calcio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106415	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Calcio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106416	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106417	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106418	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cinc disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106419	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Cinc total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106420	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobalto disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106421	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobalto total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106422	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Cobre disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106423	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobre total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106424	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cromo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106425	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cromo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106426	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estaño disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106427	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estaño total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106428	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estroncio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106429	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estroncio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106430	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Fósforo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106431	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Fósforo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106432	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Hierro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106433	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Hierro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106434	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Litio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106435	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Litio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106436	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Magnesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106437	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Magnesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106438	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Manganeso disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106439	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Manganeso total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106440	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Mercurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106441	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Mercurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106442	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Molibdeno disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106443	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Molibdeno total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106444	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Niquel disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106445	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Niquel total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106446	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106447	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106448	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plata disuelta	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106449	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plata total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106450	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plomo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106451	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plomo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106452	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Potasio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106453	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Potasio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106455	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Selenio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106456	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Selenio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106457	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Silicio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106458	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Silicio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106459	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Sodio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106460	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Sodio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106461	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Talio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106462	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Talio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106463	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106464	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106465	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Titanio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106466	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Titanio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106467	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106468	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106469	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Uranio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106470	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Uranio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106471	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Vanadio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106472	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Vanadio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106473	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(sí corresponde)	(sí corresponde)	(sí corresponde)	(sí corresponde)	(sí corresponde)	(sí corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106474	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106476	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Aluminio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106477	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Aluminio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106478	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Antimonio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106479	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Antimonio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106480	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Arsénico disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106481	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Arsénico total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106482	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bario disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106483	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bario total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106484	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Berilio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106485	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Berilio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106486	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bismuto disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106487	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Bismuto total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106488	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Boro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106489	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Boro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106490	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cadmio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106491	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cadmio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106492	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Calcio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106493	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Calcio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106494	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106495	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106496	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Cinc disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106497	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cinc total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106498	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobalto disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106499	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Cobalto total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106500	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobre disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106501	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cobre total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106502	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Cromo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106503	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Cromo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106504	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estaño disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106505	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estaño total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106506	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estroncio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106507	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Estroncio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106508	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Fósforo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106509	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Fósforo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106510	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Hierro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106511	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Hierro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106512	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Litio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106513	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Litio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106514	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Magnesio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106515	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Magnesio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106516	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Manganeso disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106517	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Manganeso total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106518	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Mercurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106519	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Mercurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106520	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Molibdeno disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106521	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Molibdeno total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106522	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Níquel disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106523	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Níquel total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106524	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Oro disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106525	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Oro total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106526	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plata disuelta	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106527	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plata total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106528	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plomo disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106529	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Plomo total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106530	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A	Potasio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Inductively coupled plasma mass spectrometry				
106531	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Potasio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106533	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Selenio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106534	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Selenio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106535	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Silicio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106536	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Silicio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106537	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Sodio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106538	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Sodio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106539	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Talio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106540	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Talio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106541	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Telurio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106542	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Telurio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106543	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Titanio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106544	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Titanio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
106545	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106546	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Torio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106547	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Uranio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					plasma mass spectrometry					
106548	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Uranio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106549	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Vanadio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106550	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled	Vanadio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
					Inductively coupled plasma mass spectrometry	plasma mass spectrometry				
106551	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio disuelto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
106552	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) - Based on US EPA Method 6020 B / Method 3010 A Inductively coupled plasma mass spectrometry	Wolframio total	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108830	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Antimonio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108831	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Arsénico	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108832	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Bario	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108833	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Berilio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108834	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Bismuto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108835	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Boro	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108836	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Cadmio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108837	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Calcio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108838	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Cesio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108839	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Cinc	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108840	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Cobalto	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108841	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Cobre	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108842	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Cromo	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108843	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Estaño	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108844	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Estroncio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108845	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Fósforo	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108846	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Hierro	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108847	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Litio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108848	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Magnesio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108849	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Manganeso	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108850	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Mercurio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108851	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Molibdeno	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108852	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Níquel	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108853	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Oro	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108854	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Plata	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108855	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Plomo	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108856	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Potasio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108857	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Rubidio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108858	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Selenio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108859	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Silicio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108860	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Sodio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108861	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Talio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108862	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Telurio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108863	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Titanio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108864	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Torio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108865	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Uranio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
108866	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Vanadio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.
108868	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI-IO- EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Zirconio	TL-966	RECHAZADO	El alcance no se encuentra acreditado.



ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
1+335:33608829	-	-	-	-	QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	QWI-IO-ANA-02 (Issue B Modification 3) QWI- IO-EXT-02 (Issue B Modification 6) Method based on EPA method 3050 B Acid Digestion of Sediments, Sludges and soils. Inductively coupled plasma mass spectrometry ICPMS (Metals)	Aluminio	TL-966	RECHAZADO	El código solicitado del alcance es inexistente. El alcance no se encuentra acreditado.



3. CONCLUSIÓN

La evaluación de la solicitud de actualización de alcances autorizados de la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A –SANTIAGO, código 029-02, se basó en la verificación del cumplimiento de las instrucciones establecidas en el punto 16.7 de la Resolución Exenta N°574/2022 de la SMA, en la revisión de los antecedentes ingresados por la ETFA y en el certificado de acreditación descargado desde la página web del organismo acreditador IAS código TL-966 con fecha 05 de mayo de 2026.

Una vez analizados los antecedentes indicados en el párrafo anterior y habiendo revisado el certificado de acreditación correspondiente, se recomienda la actualización de los alcances individualizados como aprobados en el punto 2, y rechazar los que no se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA, indicados como rechazados en el mismo punto.



Firmado por:
Marta Mónica Vergara Gallardo
Encargada Sección de Entidades
Técnicas y Laboratorio, Dfz
Fecha: 08-05-2026 12:20 CLT
Superintendencia del Medio
Ambiente

MÓNICA VERGARA GALLARDO
ENCARGADA SECCIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS Y LABORATORIO
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN

MDC

Exp. 5972/2026



INFORME SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS

Santiago, 18 de mayo de 2026.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Entidades Técnicas y Laboratorio de la División de Fiscalización, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes, por la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. - GERENCIA DE OPERACIONES código 029-03, asociados a su solicitud de actualización de alcances autorizados, en marco del cumplimiento a lo estipulado en el numeral 16.7 de la Resolución Exenta N°574/2022.

1. DATOS GENERALES

Tipo de solicitud	Actualización de alcances autorizados
Fecha Ingreso Of. De Partes	25-03-2026
Expediente N°	5972/2026

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	029-03
NOMBRE SUCURSAL	ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. - GERENCIA DE OPERACIONES
DIRECCIÓN SUCURSAL	Hermanos Carrera Pinto 159, Colina, Santiago.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Carta conductora código ALS/ENV-041/2026, del 25 de marzo de 2026.
- Planilla Excel "Formato solicitud de actualización de alcances autorizados". ETFA-REG-16 v.01., acompañando la carta del 25 de marzo de 2026.
- Certificado de acreditación IAS AA-803, fecha fin de vigencia 01-07-2026.



2. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

ACTUALIZACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS SOLICITADA									CONCLUSIÓN	
CÓDIGO ALCANCE	Método normalizado autorizado	Método normalizado solicitado	Método de tratamiento de muestras autorizado	Método de tratamiento de muestras solicitado	Método propio autorizado	Método propio solicitado	PARÁMETRO	CÓDIGO CERTIFICADO ACREDITACIÓN	EVALUACIÓN	FUNDAMENTO
	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)	(si corresponde)				
84951	-	-	-	-	QWI-MM/35 Issue A, mod.1 Based on: NCh411 / 19: 2017 Water quality - Sampling - Part 19: Guide for sampling marine sediments	QWI-MM/35 Issue A, mod.2 Based on: NCh411 / 19: 2017 Water quality - Sampling - Part 19: Guide for sampling marine sediments			APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la versión o revisión del método propio.
85009	-	-	-	-	QWI-MM/35 Issue A, mod.1 Based on: ISO 5667-12:2017 Water quality -- Sampling-- Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments from rivers, lakes and estuarine areas	QWI-MM/35 Issue A, mod.2 Based on: ISO 5667-12:2017 Water quality -- Sampling-- Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments from rivers, lakes and estuarine areas			APROBADO	Cumple con las directrices de la SMA, por lo que se actualiza el número de la versión o revisión del método propio.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/10LPWO-919>

3. CONCLUSIÓN

La evaluación de la solicitud de actualización de alcances autorizados de la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – GERENCIA DE OPERACIONES, código 029-03, se basó en la verificación del cumplimiento de las instrucciones establecidas en el punto 16.7 de la Resolución Exenta N°574/2022 de la SMA, en la revisión de los antecedentes ingresados por la ETFA y en el certificado de acreditación descargado desde la página web del organismo acreditador IAS código AA-803 con fecha 15 de mayo de 2026.

Una vez analizados los antecedentes indicados en el párrafo anterior y habiendo revisado el certificado de acreditación correspondiente, se recomienda aprobar la actualización de alcances autorizados, identificados en el punto 2 de este documento, ya que se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA.



Firmado por:
Marta Mónica Vergara Gallardo
Encargada Sección de Entidades
Técnicas y Laboratorio, Dfz
Fecha: 18-05-2026 15:59 CLT
Superintendencia del Medio
Ambiente

MÓNICA VERGARA GALLARDO
ENCARGADA SECCIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS Y LABORATORIO
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN

MDC

Exp. 5972/2026



**RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 2226, DE
FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 28

Santiago, 07 de enero de 2026

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (en adelante, “Ley 19.880”); en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LOSMA”); en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “Reglamento ETFA”); en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°1338, de 2025, que fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente y en la Resolución Exenta N°2668, de 2025, que la modifica; en el Decreto Supremo N° 70, de 28 de diciembre de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a la Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta RA N°119123/73/2024, de 7 de marzo de 2024, que nombra Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y aquellas que la modifican o complementan.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Resolución Exenta N° 2226, de fecha 15 de octubre de 2025 (en adelante, “la resolución reclamada”), la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”) autorizó -parcialmente- las solicitudes de ampliación de alcances autorizados a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental **ALS Life Sciences Chile S.A.** (en adelante, “la ETFA”), sucursales “ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. – GERENCIA DE OPERACIONES”, código ETFA 029-03 y “ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO”, código ETFA 029-02. La misma fue notificada a la entidad el día 16 de octubre de 2025, mediante correo electrónico.

2. Luego, mediante dos presentaciones distintas, ambas ingresadas a oficina de partes con fecha 23 de octubre de 2025, don Roberto Gutierrez Paredes, representante legal de la ETFA, interpuso recursos de reposición en contra de la resolución reclamada, respecto de las sucursales “ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. – GERENCIA DE OPERACIONES” y “ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO”, acompañando antecedentes que no fueron



considerados previamente y que darían cuenta de que los alcances rechazados cumplirían los requisitos técnicos objetados.

3. Posteriormente, tanto las presentaciones como los antecedentes acompañados por la ETFA fueron analizados, dando por resultado los memorandos N°42329, de fecha 27 de noviembre de 2025 y N°43286, de fecha 04 de diciembre de 2025, ambos del Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio. Éstos adjuntaron los informes denominados *“Informe recurso de reposición ETFA ALS Life Sciences Chile S.A. sucursal Als Life Sciences Chile S.A. – Santiago”*, de fecha 27 de noviembre de 2025 e *“Informe recurso de reposición ETFA Als Life Sciences Chile S.A. sucursal Als Life Science Chile S.A. - Gerencia de Operaciones”*, de fecha 04 de diciembre de 2025, respectivamente.

4. En ambos casos se pudo constatar que algunos alcances no se encontraban contenidos en los certificados de acreditación, o bien, que los requisitos técnicos no se ajustaban a las directrices de la acreditación. El detalle del análisis está contenido en los referidos informes técnicos, los que dan cuenta del razonamiento aplicado a cada uno de los alcances correspondientes, y se adjuntan al presente acto, considerándolo parte integral de él.

5. De esta forma, el referido informe de la sucursal *“ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. – GERENCIA DE OPERACIONES”* recomendó *“...aprobar el recurso de reposición respecto de los alcances aprobados individualizados en el punto 3, y rechazarlo en relación con los alcances identificados en el mismo punto, los cuales no se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA”*, mientras que el informe correspondiente a la sucursal *“ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO”*, concluye que *“...analizado los descargos presentados por la ETFA y habiendo realizado una nueva evaluación de los alcances reclamados, se recomienda rechazar el recurso de reposición respecto de los alcances identificados en el punto 3 de este documento, los cuales no se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA”*.

6. En este sentido, el punto 5.7, de la resolución exenta N° 575, literal i, establece que para solicitar la ampliación de alcances de la autorización, la ETFA deberá presentar documentación técnica, consistente en un *“Certificado de acreditación vigente del INN, o del organismo internacional con reconocimiento de la ILAC para la actividad acreditada, según corresponda, que contenga los alcances a renovar, el que será contrastado con el certificado de acreditación publicado en la web del organismo acreditador”*, lo que solo es posible acreditar mediante los respectivos certificados de acreditación.

7. Así las cosas, los certificados acompañados no consideran adecuadamente los aspectos técnicos de los alcances rechazados, y que son objeto del recurso de reposición, no dando cumplimiento técnico a los requisitos exigidos por la antes referida resolución para autorizar alcances a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

8. En atención de lo anterior, resulta necesario dictar la siguiente

RESOLUCIÓN:





PRIMERO: ACÓJASE PARCIALMENTE

el recurso de reposición interpuesto con fecha 23 de octubre de 2025 por **ALS Life Sciences Chile S.A.**, en contra de la resolución exenta N° 2226, de fecha 15 de octubre de 2025, por la sucursal “ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. – GERENCIA DE OPERACIONES”, en atención a lo señalado por el “Informe recurso de reposición ETFA Als Life Sciences Chile S.A. sucursal Als Life Science Chile S.A. - Gerencia de Operaciones”, de fecha 4 de diciembre de 2025, y en lo expuesto en los considerandos 2, 3, 4, 5, de la presente resolución.

SEGUNDO: MODIFÍQUESE la

resolución exenta N° 2226, de fecha 15 de octubre de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el sentido de incorporar como autorizado el alcance código 117682, para la ETFA ALS Life Sciences Chile S.A., sucursal “ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. – GERENCIA DE OPERACIONES”.

TERCERO: RECHÁCESE el recurso de

reposición interpuesto el día el 23 de octubre de 2025 por **ALS Life Sciences Chile S.A.**, en contra de la resolución exenta N° 2226, de fecha 15 de octubre de 2025, respecto de la sucursal “ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO”, en atención a lo señalado por el “Informe recurso de reposición ETFA ALS Life Sciences Chile S.A. sucursal Als Life Sciences Chile S.A. – Santiago”, de fecha 27 de noviembre de 2025 y en lo expuesto en los considerandos _ de la presente resolución.

CUARTO: TÉNGASE POR ACOMPAÑADA la

documentación presentada por ALS Life Sciences Chile S.A. en su recurso de reposición.

QUINTO: TÉNGASE PRESENTE que la

dictación de la presente resolución no impide la posibilidad de realizar una nueva presentación, para obtener la ampliación de los alcances rechazados si se acompañan antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos objetados por la N° 2226, de fecha 15 de octubre de 2025, de esta Superintendencia.

SEXTO: NOTIFÍQUESE a la ETFA esta

resolución por correo electrónico, conforme lo dispuesto en el artículo 30, letra a), de la Ley N° 19.880.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Firmado por:
Marie Claude Plumer Bodin
Superintendente del Medio
Ambiente
Fecha: 07-01-2026 18:36 CLT
Superintendencia del Medio
Ambiente

**MARIE CLAUDE PLUMER BODIN
SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE**

BRS/JAA/LMS/KOR

Adj.:

- “Informe recurso de reposición ETFA ALS Life Sciences Chile S.A. sucursal Als Life Sciences Chile S.A. – Santiago”, de fecha 27 de noviembre de 2025.
- “Informe recurso de reposición ETFA Als Life Sciences Chile S.A. sucursal Als Life Science Chile S.A. - Gerencia de Operaciones”, de fecha 04 de diciembre de 2025.

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Teatinos 280, pisos 3, 7, 8, 9 y 10. Santiago / www.sma.gob.cl

BARS



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/OPAQLD-538>



Notifíquese por correo electrónico:

- rodrigo.parra@alsglobal.com
- roberto.gutierrez@alsglobal.com
- nathalie.mora@alsglobal.com
- paola.salgado@alsglobal.com
- viviana.zuniga@alsglobal.com

Distribución:

- Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio
- Fiscalía
- Oficina de Partes

Exp. Ceropapel N° 23.740/2025

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Teatinos 280, pisos 3, 7, 8, 9 y 10. Santiago / www.sma.gob.cl



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/OPAQLD-538>

Santiago, 04 de diciembre de 2025

**INFORME RECURSO DE REPOSICIÓN ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A.
SUCURSAL ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. - GERENCIA DE OPERACIONES**

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través del Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio, ha realizado la evaluación del recurso de reposición interpuesto por la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A., sucursal ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. - GERENCIA DE OPERACIONES, código 029-03, en contra de la Resolución Exenta N°2226, de fecha 15 de octubre de 2025 que autorizó la ampliación de alcances como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

A través del presente informe, se presenta la evaluación de aquellos alcances que fueron reclamados por la sucursal.

1. TIPO DE SOLICITUD

	Recurso de Reposición	Fecha Notificación Resolución ETFA	16-10-2025
		Fecha Ingreso Oficina de Partes de carta de reposición.	23-10-2025
		Expediente N°	23.740/2025

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	029-03	N° SOLICITUD	25894
NOMBRE SUCURSAL	ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. - GERENCIA DE OPERACIONES		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Hermanos Carrera Pinto N°159, comuna de Colina, Región Metropolitana.		

Documentación Adjunta:

- Carta conductora Ref ALS/ENV-253/2025 de fecha 23 de octubre de 2025, acompañada de la siguiente información:
 - Recurso de reposición
 - Documento Excel, código ETFA-REG-13, Solicitud de recurso de reposición ETFA. En el documento se detallan los alcances rechazados y los descargos realizados por la ETFA.
 - Carta conductora Ref ALS/ENV-254/2025 de fecha 23 de octubre de 2025, solicitando la vinculación de la Inspectora Ambiental Código IA 10.034.034-8.
 - Carta conductora Ref ALS/ENV-107/2024 de fecha 24 de mayo de 2024.



3. DETALLE DE LOS ALCANCES RECLAMADOS:

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
1	117565	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100202	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
2	117566	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100203	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
3	117567	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100204	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
4	117568	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100205	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
5	117569	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100206	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
6	117570	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100207	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
7	117571	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100208	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
8	117572	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100209	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
9	117573	OTRO	El alcance postulado no posee cobertura de Inspector Ambiental.	Inspector Ambiental Maribel López si cuenta con Alcance en medición en suelos. El aviso de vinculación de Maribel a ALS se comunicó a la SMA en carta enviada por el representante legal Monica Aedo ALS/ENV-107/2024, el 24-05-2024. Maribel López cuenta con autorización vigente en medición de suelo Código alcance 100210	Mediante ORD N°2371 SMA del 27 de octubre de 2025, se informó la vinculación de la Inspectoría Ambiental a la ETFA, de acuerdo con lo solicitado en la carta conductora ALS/ENV-254/2025 recibida el 23 de octubre de 2025, quedando el alcance con cobertura de Inspector ambiental. Sin embargo, el método propio postulado no aplica a la actividad y al parámetro seleccionado.	RECHAZADO
10	117792	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Si está en AA803 Method CH-1: Location of Sampling and Velocity Measurement Points for Fixed Sources, Rev.1, 1996	Se revisó el certificado de acreditación AA-803 descargado el 25-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en la acreditación.	RECHAZADO
11	117793	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Si está en AA803 Method CH-1: Location of Sampling and Velocity Measurement Points for Fixed Sources, Rev.1, 1996	Se revisó el certificado de acreditación AA-803 descargado el 25-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en la acreditación.	RECHAZADO
12	117794	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.		Si está en AA 803 EPA Method 1 – Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources, 2023	Se revisó el certificado de acreditación AA-803 descargado el 25-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en la acreditación.	RECHAZADO
13	117796	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Si está en AA-803 Method CH-1A: Sampling and Velocity Transverse for Chimneys or Small Ducts, Rev.1, 1996	Se revisó el certificado de acreditación AA-803 descargado el 25-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en la acreditación.	RECHAZADO
14	117797	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Si está en AA-803 Method CH-1A: Sampling and Velocity Transverse for Chimneys or Small Ducts, Rev.1, 1996	Se revisó el certificado de acreditación AA-803 descargado el 25-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en la acreditación.	RECHAZADO

Superintendencia del Medio Ambiente
Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio – ETFA-REG-05/V11
Teatinos 280, pisos 3, 7, 8, 9 Y 10, Santiago de Chile | (56)26171800 |
www.sma.gob.cl



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
15	117680	OTRO	El método propio ingresado a la SMA, no es consistente con el alcance acreditado ni con el alcance postulado.	la inconsistencia observada por la SMA se debe a la traducción del nombre del método al inglés en el certificado. La actividad es Inspección y la subárea es medidas de control de ruido. ALS para dejar clara la subárea la presento en el certificado AA-803, como Inspección de las acciones de control ruido. en la traducción de español a ingles se cambia el término "medidas" por "acciones", para aclarar que la actividad de inspección es una constatación de las acciones realizadas para el control del ruido, siendo lo mismo que Inspección de las medidas de control de ruido.	Se mantiene la inconsistencia entre el nombre del método y el alcance acreditado, el cual no es consistente con los alcances establecidos en la tabla 5.1.1.1 de la Resolución Exenta N° 575/2022, por lo que el alcance no se encuentra acreditado.	RECHAZADO
16	117681	OTRO	El método propio ingresado a la SMA, no es consistente con el alcance acreditado ni con el alcance postulado.	la inconsistencia observada por la SMA se debe a la traducción del nombre del método al inglés en el certificado. La actividad es Verificación y la subárea es medidas de control de ruido. ALS para dejar clara la subárea la presento en el certificado AA-803, como Verificación de las acciones de control ruido. en la traducción de español a ingles se cambia el término "medidas" por "acciones", para aclarar que la actividad de verificación es una constatación documental de las acciones para control de la emisión de ruido. En el certificado se indica "Inspección – Verificación de las acciones de control del ruido", al respecto aclaramos que se incluyó el termino inspección debido a que la norma ISO-17020 aplica para organismos que realizan inspección, quedando excluida la verificación como un alcance que se pueda acreditar por si solo.	El alcance no se encuentra acreditado. Se revisaron los descargos presentados por la ETFA, sin embargo, se evidenció que se mantiene la inconsistencia entre el nombre del método y el alcance acreditado, el cual no es consistente con los alcances establecidos en la tabla 5.1.1.1 de la Resolución Exenta N° 575/2022.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
17	117682	OTRO	El método propio ingresado a la SMA, no es consistente con el alcance acreditado ni con el alcance postulado.	Entendemos que en la solicitud para ítem subárea, en lugar medición de ruido se seleccionó por error ruido, no obstante el procedimiento propio es consistente con la Verificación de medición de ruido. En el certificado se indica "Inspección – Verificación de las acciones de control del ruido", al respecto aclaramos que se incluyó el termino inspección debido a que la norma ISO-17020 aplica para organismos que realizan inspección, quedando excluida la verificación como un alcance que se pueda acreditar por sí solo.	Debido a la ausencia del proceso de corrección temprana, establecido en el primer resuelvo, literal I, de la Resolución Exenta N° 789, de fecha 25-05-2022, se modificó el alcance postulado, para su consistencia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 575/2022.	APROBADO



4. CONCLUSIÓN

La evaluación técnica de la solicitud de recurso de reposición de la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A., Sucursal ALS LIFE SCIENCE CHILE S.A. - GERENCIA DE OPERACIONES, código 029-03, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°575/2022 y en las directrices de la SMA, como en la revisión de la evidencia aportada por la ETFA. Para dicha revisión se descargó el certificado de acreditación desde la página web del organismo acreditador IAS código AA-803, con fecha 25 de noviembre de 2025.

Una vez analizados los descargos presentados por la ETFA y habiendo realizado una nueva evaluación de los alcances reclamados, se recomienda aprobar el recurso de reposición respecto de los alcances aprobados individualizados en el punto 3, y rechazarlo en relación con los alcances identificados en el mismo punto, los cuales no se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA.



MÓNICA VERGARA GALLARDO
JEFA DEPARTAMENTO DE ENTIDADES TÉCNICAS Y LABORATORIO

LPR/CJT

EXP 23740/2025



Santiago, 27 de noviembre de 2025

**INFORME RECURSO DE REPOSICIÓN ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A.
SUCURSAL ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO**

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través del Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio, ha realizado la evaluación del recurso de reposición interpuesto por la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A., sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO, código 029-02, en contra de la Resolución Exenta N°2226, de fecha 15 de octubre de 2025 que autorizó la ampliación de alcances como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

A través del presente informe, se presenta la evaluación de aquellos alcances que fueron reclamados por la sucursal.

1. TIPO DE SOLICITUD

	Recurso de Reposición	Fecha Notificación Resolución ETFA	16-10-2025
		Fecha Ingreso Oficina de Partes de carta de reposición.	23-10-2025
		Expediente N°	23.740/2025

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	029-02	N° SOLICITUD	25892
NOMBRE SUCURSAL	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Hermanos Carrera Pinto N°159, comuna de Colina, región Metropolitana		

Documentación Adjunta:

- Carta conductora ALS/ENV-251/2025 de fecha 23 de octubre de 2025, acompañada de la siguiente información:
 - Recurso de reposición
 - Documento Excel, código ETFA-REG-13, Solicitud de recurso de reposición ETFA. En el documento se detallan los alcances rechazados y los descargos realizados por la ETFA.



3. DETALLE DE LOS ALCANCES RECLAMADOS:

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
1	116172	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
2	116173	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
3	116175	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
4	116176	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
5	116177	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
6	116178	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
7	116180	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
8	116181	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
9	116182	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
10	116183	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
11	116185	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
12	116186	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
13	116187	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
14	116188	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
15	116190	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
16	116191	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
17	116192	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
18	116193	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
19	116195	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
20	116196	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
21	116197	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
22	116198	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
23	116200	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
24	116201	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
25	116202	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
26	116203	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
27	116205	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
28	116206	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
29	117160	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
30	117161	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
31	117163	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
32	117165	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
33	117166	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
34	117167	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
35	117168	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
36	117169	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
37	117170	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
38	117172	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
39	117174	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
40	117175	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
41	117176	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
42	117177	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
43	117178	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
44	117179	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
45	117181	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
46	117183	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
47	117184	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
48	117185	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
49	117186	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
50	117187	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Al transcribir desde el certificado el método se omitió la palabra total según se identifica en el certificado pag.20 QWI-IO-P-TOTAL-01	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
51	117188	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Al transcribir desde el certificado el método se omitió la palabra total según se identifica en el certificado pag.20 QWI-IO-P-TOTAL-01	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
52	117189	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Al transcribir desde el certificado el método se omitió la palabra total según se identifica en el certificado pag.20 QWI-IO-P-TOTAL-01	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
53	117193	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
54	117194	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
55	117196	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
56	117198	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
57	117199	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
58	117200	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
59	117201	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
60	117202	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
61	117203	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
62	117205	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
63	117207	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
64	117208	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
65	117209	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0)), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
66	117210	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	La identificación del método propio presenta inconsistencia en las páginas del documento	El Documento enviado es consistente con la metodología para los parámetros citados, efectivamente en las páginas está indicado MOD.X en lugar de MOD.0, lo que constituye una falta menor relacionada con el formato y no con el contenido	Se revisó el método enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-ANA-03 (Issue A Modification 0), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
67	117221	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		De Acuerdo al certificado se encuentra en la Pag.40 y matriz página 39	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
68	117222	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		De Acuerdo al certificado se encuentra en la Pag.40 y matriz página 39	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
69	117229	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Al transcribir desde el certificado el método se omitió la palabra total según se identifica en el certificado pag.20 QWI-IO-P-TOTAL-01	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
70	117230	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Al transcribir desde el certificado el método se omitió la palabra total según se identifica en el certificado pag.20 QWI-IO-P-TOTAL-01	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
71	117233	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
72	117234	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
73	117235	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
74	117236	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
75	117237	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
76	117238	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
77	117239	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
78	117240	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
79	117241	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
80	117242	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
81	117243	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
82	117244	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
83	117245	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
84	117246	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
85	117247	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
86	117248	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
87	117249	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El N° de modificación del método de preparación presenta inconsistencia en las páginas del documento.	Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencian las inconsistencias mencionadas	Se revisó el método de tratamiento de muestras enviado por la ETFA para la ampliación de alcances (QWI-IO-EXT-02 emisión B modificación 7), constatándose que presenta inconsistencia en el N° de modificación en las páginas del documento, lo que no se condice con las directrices de la acreditación ISO/IEC 17025:2017 que posee la ETFA.	RECHAZADO
88	117270	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
89	117275	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
90	117276	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
91	117277	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
92	117278	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
93	117279	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
94	117280	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
95	117281	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
96	117282	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
97	117285	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
98	117286	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
99	117292	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
100	117293	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
101	117294	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
102	117295	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
103	117296	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		De acuerdo al certificado si aplica para la subárea Filters Impacted with Particulate Matter (PM10, PM2.5), Personal Filters and Gases	Se revisó el método postulado y éste no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
104	117903	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.		Certificado 966 se encuentra Método en la Página 16 Y la matriz página 13	Los descargos no tienen relación con el motivo del rechazo. Por otra parte, el método normalizado postulado no aplica a la subárea seleccionada.	RECHAZADO
105	117951	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
					ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	
106	117952	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
107	117953	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
108	117954	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
109	117955	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
110	117956	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
111	117957	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
112	117958	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
113	117959	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
114	117960	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
115	117961	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
116	117962	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
117	117963	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
118	117964	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
119	117965	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
120	117966	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
121	117967	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
122	117968	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
123	117969	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
124	117970	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
125	117971	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
126	117972	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
127	117973	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
128	117974	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
129	117975	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
130	117976	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
131	117977	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
132	117978	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
133	117979	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
134	117980	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
135	117981	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
136	117982	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
137	117983	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
138	117984	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
139	117985	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
140	117986	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
141	117987	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
142	117988	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
143	117989	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
144	117990	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
145	117991	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
146	117992	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
147	117993	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
148	117994	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
149	117995	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
150	117996	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
151	117997	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
152	117998	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
153	117999	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
154	118000	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
155	118001	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
156	118002	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
157	118003	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
158	118004	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
159	118005	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
160	118006	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
161	118007	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
162	118008	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
163	118009	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
164	118010	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
165	118011	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
166	118012	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
167	118013	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
168	118014	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
169	118015	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
170	118016	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
171	118017	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
172	118018	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
173	118019	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
174	118020	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
175	118021	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
176	118022	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
177	118023	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
178	118024	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
179	118025	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
180	118026	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
181	118027	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
182	118028	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
183	118029	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
184	118030	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
185	118031	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
186	118032	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
187	118033	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
188	118034	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
189	118035	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
190	118036	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
191	118037	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
192	118038	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
193	118039	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
194	118040	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
195	118041	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
196	118042	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
197	118043	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
198	118044	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
199	118045	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
200	118046	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
201	118047	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
202	118048	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
203	118049	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
204	118050	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
205	118051	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
206	118052	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
207	118053	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
208	118054	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
209	118055	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
210	118056	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
211	118057	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
212	118058	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
213	118059	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
214	118060	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
215	118061	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
216	118062	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
217	118063	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
218	118064	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
219	118065	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO

Superintendencia del Medio Ambiente
Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio – ETFA-REG-05/V11
Teatinos 280, pisos 3, 7, 8, 9 Y 10, Santiago de Chile | (56)26171800 |
www.sma.gob.cl



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
220	118066	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
221	118067	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
222	118068	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
223	118069	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
224	118070	OTRO	El certificado de acreditación presenta inconsistencia en el N° de modificación del método de preparación.	De acuerdo al certificado 966 se encuentra en el parámetro en la página 32 donde también se menciona la matriz y no se evidencia diferencia en el método de preparación	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el método de preparación postulado (modificación 6), no se encuentra en su última versión, toda vez que este mismo método se incluye en el certificado de acreditación en su modificación 7, por lo tanto, esta última es la versión vigente, de acuerdo a las directrices ISO/IEC 17025:2017, por la cual la ETFA está acreditada.	RECHAZADO
225	118111	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
226	118112	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
227	118113	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
228	118114	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
229	118115	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
230	118116	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
231	118117	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
232	118118	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
233	118119	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se ha realizado la revisión del procedimiento QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 7) enviado a la SMA y no se evidencias las inconsistencias mencionadas	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
234	118120	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
235	118121	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
236	118122	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
237	118123	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
238	118124	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
239	118125	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
240	118126	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
241	118127	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
242	118128	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
243	118129	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
244	118130	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
245	118131	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
246	118132	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
247	118133	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
248	118134	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
249	118135	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
250	118136	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
251	118137	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
252	118138	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
253	118139	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
254	118140	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
255	118141	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
256	118142	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
257	118143	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
258	118144	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
259	118145	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
260	118146	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
261	118147	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
262	118148	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
263	118149	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
264	118150	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
265	118151	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
266	118152	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
267	118153	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
268	118154	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
269	118155	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
270	118156	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
271	118157	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
272	118158	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
273	118159	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
274	118160	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
275	118161	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
276	118162	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
277	118163	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
278	118164	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
279	118165	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
280	118166	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
281	118167	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
282	118168	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
283	118169	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
284	118170	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
285	118171	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
286	118172	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
287	118173	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
288	118174	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
289	118175	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
290	118176	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
291	118177	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
292	118178	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
293	118179	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
294	118180	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
295	118181	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
296	118182	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
297	118183	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
298	118184	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
299	118185	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
300	118186	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
301	118187	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
302	118188	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
303	118189	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
304	118190	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
305	118191	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
306	118192	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
307	118193	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
308	118194	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
309	118195	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
310	118196	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
311	118197	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
312	118198	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
313	118199	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
314	118200	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
315	118201	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
316	118202	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
317	118203	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
318	118204	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
319	118205	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
320	118206	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
321	118207	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
322	118208	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
323	118209	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
324	118210	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
325	118211	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
326	118212	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
327	118213	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
328	118214	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
329	118215	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
330	118216	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
331	118217	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
332	118218	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
333	118219	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
334	118220	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
335	118221	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
336	118222	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
337	118223	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
338	118224	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	CÓDIGO ALCANCE	MOTIVO DEL RECHAZO	OBSERVACIÓN	DESCARGOS REALIZADOS POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
339	118225	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
340	118226	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
341	118227	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
342	118228	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
343	118229	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO
344	118230	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN		Se encuentra en certificado 966 en la página 17 y 18 del certificado y la matriz en la página 13	Se revisó el certificado de acreditación TL-966 descargado el 20-11-2025 desde el sitio web del organismo de acreditación IAS, evidenciándose que el alcance no está contenido en el certificado de acreditación.	RECHAZADO



4. CONCLUSIÓN

La evaluación técnica de la solicitud de recurso de reposición de la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A., sucursal ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO, código 029-02, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°575/2022 y en las directrices de la SMA, como en la revisión de la evidencia aportada por la ETFA. Para dicha revisión se descargó el certificado de acreditación desde la página web del organismo acreditador IAS código TL-966, con fecha 20 de noviembre de 2025.

Una vez analizado los descargos presentados por la ETFA y habiendo realizado una nueva evaluación de los alcances reclamados, se recomienda rechazar el recurso de reposición respecto de los alcances identificados en el punto 3 de este documento, los cuales no se encuentran en concordancia con las directrices de la SMA.



MÓNICA VERGARA GALLARDO
JEFA DEPARTAMENTO DE ENTIDADES TÉCNICAS Y LABORATORIO

LPR

EXP 23740/2025

