

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MSL - 4925Solicitante : **SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.**

Dirección : Luis Matte Larraín N°908, Las Condes, Santiago.

At. Sr. : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 122418498

Fecha de Emisión : 2025-01-23

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACION**

Descripción : Pozómetro, medidor de nivel de agua
Marca : SOLINST CANADA LTDA.
N° de Serie : 610085 / sensor 606594
Modelo : 101
Rango de Medida : 0 - 30 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACIÓN

Método : Comparación Directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : **22 de enero de 2025**
Sello de Calibración : N° 22024

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (50 ± 5) %HR
Tensión : (5 ± 0,5) kgf


TRAZABILIDAD DEL PATRON

Descripción : Bloques Patrones
Certificado N° : 1633173
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
3000	3000,5	0,5	1,5
6000	6001,0	1,0	1,5
9000	9001,5	1,5	1,5
12000	12002,0	2,0	1,5
15000	15002,0	2,0	1,5
18000	18002,0	2,0	2,0
21000	21002,0	2,0	2,0
24000	24002,0	2,0	2,0
28000	28002,0	2,0	2,0
30000	30002,0	2,0	2,0

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.


Héctor Palavecino Moya
Metrologo Senior Div. Metrología

"Fin de Certificado de Calibración"