

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

MSL - 5289

Solicitante : **SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.**

Dirección : Luis Matte Larraín N°908, Las Condes, Santiago.

At. Sr. : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 92523715

Fecha de Emisión : 2025-09-26

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACIÓN**

Descripción : Pozómetro, medidor de nivel de agua
Marca : SOLINST CANADA LTDA.
N° de Serie : Cinta 625100 / Sensor 632387
Modelo : 101
Rango de Medida : 0 - 30 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACION

Método : Comparación Directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : **26 de septiembre de 2025**
Sello de Calibración : N° 23708

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (50 ± 5) %HR
Tensión : (5 ± 0,5) kgf

TRAZABILIDAD DEL PATRON

Descripción : Bloques Patrones
Certificado N° : 1633173
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
3000	3001,0	1,0	1,5
6000	6001,0	1,0	1,5
9000	9001,0	1,0	1,5
12000	12001,0	1,0	1,5
15000	15001,0	1,0	1,5
18000	18001,0	1,0	2,0
21000	21000,5	0,5	2,0
24000	24000,5	0,5	2,0
27000	27000,5	0,5	2,0
30000	30000,5	0,5	2,0

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.

Héctor Palavecino Moya
Metrologo Senior Div.Metrología

"Fin de Certificado de Calibración"