

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MSL - 5107

Solicitante : SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
Dirección : Luís Matte Larraín N°908, Las Condes, Santiago.
Atención : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 62521837
Fecha de Emisión : 2025-06-06

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACIÓN**

Descripción : Pozómetro, Medidor de Nivel de Agua.
Marca : SOLINST CANADA LTDA.
N° de Serie : 609543 / Sensor 620386
Modelo : 101
Rango de Medida : 0 - 100 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACIÓN

Método : Comparación directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : 06 de junio de 2025
Sello de Calibración : N° 22048

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (45 ± 5) %HR
Tensión : (5 ± 0,5) kgf

TRAZABILIDAD DEL PATRON

Descripción : Bloques patrones
Certificado N° : DAkkS - 0223
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
9000	9001,5	1,5	1,5
18000	18001,5	1,5	1,5
27000	27001,0	1,0	1,5
36000	36000,5	0,5	2,0
45000	44999,5	-0,5	2,0
54000	53998,5	-1,5	2,0
63000	62998,5	-1,5	2,5
72000	71998,5	-1,5	2,5
81000	80998,5	-1,5	2,5
90000	89998,5	-1,5	3,0
99000	98998,0	-2,0	3,0
100000	99998,0	// -2,0	3,0

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.

"Fin de Certificado de Calibración"

Héctor Palavecino Moya
Metrólogo Senior Div. Metrología