SEGEA	REGISTRO CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN	Código	R-HIDRO-13
		Versión	4
		Fecha	03-02-2025

Multiparámetro: WTW Multi 3630 Serie: 09498679 Fecha: 24.05.26

1-. pH Serie electrodo: B233111046

Buffer	Lote	Despues de ajustar		Término jornada			Verificación		Rangos aceptación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor		
4,01	01.26-1	4.010	10.9	4,043	19,8	21:21	4,01		4,01	3.90 - 4.10
7,01	10.-28-1	7,000	13.5	7,069	19,7	21:24	7,00-7,01		7,01	6.90 - 7.10
10,01	08.27-1	10.011	11.7	10,083	20,0	21:26	10,01		10,01	9.90 - 10.10

Para WTW agregar:

Punto cero [mV]	0,5
Pendiente [mV/pH]	-58

Rango de aceptación

-25	25
-61,0	-56,0

Hora calibración: 10:18

Registro de calibración

*	**	***
		✓

2-. Conductividad Eléctrica (CE): Serie electrodo: 22270843

Buffer µS/cm	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación		Rangos aceptación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor		
1413	10.28 1	1441	14.2	1429	18,3	21:23	1413		1413	1342 - 1484
5000							5000		5000	4750 - 5250
12880							12880		12880	12160 - 13440
80000							80000		80000	76000 - 84000
111800	2265	116.200	12 6	114.400	19,4	21:27	111800		111800	106210 - 117390

Para WTW agregar:

Constante celular	0,465

Rango de aceptación

0,450 cm⁻¹	0,500 cm⁻¹

Hora calibración: 10:21

Registro de calibración

*	**	***
		✓

3-. Oxigeno Disuelto (OD) Hora: 10:29 Serie electrodo: 25050980

Buffer	Lote	Verificación	
		0%	100%

Estándar	0	100
Rango	<0.05mg/L	> 95%

Para WTW agregar:

Pendiente relativa	0,95

Rango de aceptación

0,9	1,1

Registro de calibración

*	**	***
		✓

4-. Potencial Redox (ORP) Hora: _____ Serie electrodo: _____

Patrón	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación		Rangos aceptación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor		
240 mV							240 mV		240 mV	228 - 252

5-. Observaciones: _____

Responsable calibración: Cristian Castillo Firma: _____

Supervisor: Omar Murillo V. Firma: _____ Fecha validación: 24/05/26

Escaneado con CamScanner