SEGEA	REGISTRO CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN	Código	R-HIDRO-13
		Versión	4
		Fecha	03-02-2025

Multiparámetro: WTW Multi 3630 Serie: 25042078 Fecha: 28-06-26

1-. pH

Serie electrodo: H2521060410

Buffer	Lote	Despues de ajustar		Término jornada			Verificación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor
4,01	08.28-1	4,010	20,9	4,015	21,1	17:00	4,01	
7,01	03.28-1	7,000	19,7	7,009	20,9	17:10	7,00-7,01	
10,01	08.27-1	10,011	20,8	10,010	20,8	17:12	10,01	

Rangos aceptación	
4,01	3.90 - 4.10
7,01	6.90 - 7.10
10,01	9.90 - 10.10

Para WTW agregar:

Punto cero [mV]	-15,6
Pendiente [mV/pH]	-57,7

Rango de aceptación

-25	25
-61,0	-56,0

Hora calibración: 10:28

Registro de calibración

*	**	***
	✓	

2-. Conductividad Eléctrica (CE):

Serie electrodo: 22270840

Buffer µS/cm	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor
1413	2559	1434	20,8	1444	20,7	17:15	1413	
5000							5000	
12880							12880	
80000							80000	
111800	2265	114200	20,1	115300	21,2	17:16	111800	

Rangos aceptación	
1413	1342 - 1484
5000	4750 - 5250
12880	12160 - 13440
80000	76000 - 84000
111800	106210 - 117390

Para WTW agregar:

Constante celular	0,451

Rango de aceptación

0,450 cm^{-1}	0,500 cm^{-1}

Hora calibración: 10:30

Registro de calibración

*	**	***
		✓

3-. Oxigeno Disuelto (OD)

Hora: 10:32

Serie electrodo: 25050990

Buffer	Lote	Verificación	
		0%	100%

Estándar	0	100
Rango	<0.05mg/L	> 95%

Para WTW agregar:

Pendiente relativa	0,93

Rango de aceptación

0,9	1,1

Registro de calibración

*	**	***
	.	✓

4-. Potencial Redox (ORP)

Hora: /

Serie electrodo: _____

Patrón	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor
240 mV							240 mV	

Rangos aceptación	
240 mV	228 - 252

5-. Observaciones: _____

Responsable calibración: Guillermo Martinez Firma:

Supervisor: _____ Firma: _____ Fecha validación: _____

Escaneado con CamScanner